

Quảng Trị, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN**

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 – Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho gói thầu: **Mua sắm Tủ sấy dụng cụ y tế chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị** với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Trần Hữu Tuân – Phụ trách phòng Vật Tư-TBYT - SĐT: 0901.990.789
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
+ **Nhận qua Email: [phongvattutbytbvqt@gmail.com](mailto:phongvattutbytbvqt@gmail.com)**
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2026.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

- Danh mục hàng hoá: *Phụ lục I đính kèm Yêu cầu báo giá*
- Mẫu Bảng báo giá: *Phụ lục II đính kèm Yêu cầu báo giá*
- Gửi kèm theo Bảng báo giá là :
  - Các tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật (Catalog, Brochure, Datasheet, hướng dẫn sử dụng ... hoặc các tài liệu khác và kèm bản dịch tiếng Việt)
- Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

<b>STT</b>	<b>Địa điểm cung cấp</b>	<b>Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp</b>
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị	- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, HDSD, chạy thử, bảo hành, bảo trì. - Bảo hành: $\geq$ 24 tháng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

**Lưu ý:**

- Các báo giá sẽ không được lựa chọn để xem xét nếu đơn vị/nhà cung cấp không gửi đính kèm các File tài liệu theo yêu cầu tại **Điểm 3 Mục II** (Gửi kèm theo Bảng báo giá) tại bản yêu cầu báo giá này.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email (phongvattutbytbvqt@gmail.com), đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng kèm các tài liệu đến địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT\_Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Nam Đông Hà – Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Khoa KSNK;
- Lưu: TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Vĩnh Quý**

**Phụ lục 1****DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HOÁ MUA SẴM***(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 27 tháng 3 năm 2026**của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)*

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	<b>Tủ sấy dụng cụ y tế chuyên dụng</b>	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở về sau.</li> <li>- Bảo hành: <math>\geq 24</math> tháng</li> </ul> <p><b>2. Cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 máy</li> <li>- Kệ, giá để sấy dụng cụ: <math>\geq 09</math> cái</li> <li>- Khay đựng dụng cụ tiêu chuẩn DIN: <math>\geq 09</math> cái</li> <li>- Giá treo để sấy ống mê thở: 01 cái (1 giá có thể sấy <math>\geq 30</math> ống)</li> <li>- Giá treo để sấy bình tạo ẩm: 01 cái (1 giá có thể sấy <math>\geq 15</math> bình có đường kính khác nhau)</li> <li>- Khay thu gom nước dưới đáy tủ sấy: 01 cái</li> <li>- Máy in nhiệt: Tích hợp sẵn hoặc sẵn sàng kết nối để in thông số chu trình.</li> <li>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ (<i>sử dụng để lắp đặt và chạy thử thiết bị</i>)</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><b>3. Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chức năng: Sấy khô đa dạng các loại dụng cụ phẫu thuật, ống thông (catheter), đồ thủy tinh, bình tạo ẩm và các dụng cụ y tế chuyên dụng khác.</li> <li>- Nguồn điện: 220VAC-50 Hz.</li> <li>- Dung tích buồng sấy: <math>\geq 500</math> lít.</li> </ul>	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều cao buồng sấy: <math>\geq 1600</math> mm (để treo các loại ống thông dài không bị chạm đáy).</li> <li>- Tủ đứng, thiết kế 2 cửa, cửa khoá điện từ.</li> <li>- Vỏ máy chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, độ dày <math>\geq 2</math>mm.</li> <li>- Buồng sấy chất liệu thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn, độ dày <math>\geq 1.2</math>mm.</li> <li>- Buồng được cách nhiệt bằng bông khoáng hoặc tương đương, độ dày <math>\geq 10</math>mm.</li> <li>- Cửa chất liệu thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn, độ dày <math>\geq 2</math>mm và kính cường lực <math>\geq 2</math> lớp hoặc tốt hơn.</li> <li>- Thiết bị có 4 bánh xe và chân cố định để di chuyển.</li> <li>- <b>Hệ thống điều khiển:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Màn hình điều khiển cảm ứng màu, kích thước <math>\geq 7</math> inch.</li> <li>+ Số lượng chương trình/chu trình sấy: <math>\geq 10</math> chu trình (bao gồm các chu trình mặc định cho dụng cụ, ống thông, đồ thủy tinh...)</li> <li>+ Có tính năng ghi nhớ và tiếp tục chu trình sau khi mất điện</li> </ul> </li> <li>- <b>Hiệu suất vận hành:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dải cài đặt nhiệt độ <math>\leq 40^{\circ}\text{C}</math> đến <math>\geq 90^{\circ}\text{C}</math>.</li> <li>+ Dải cài đặt thời gian <math>\leq 1</math> phút đến <math>\geq 999</math> phút</li> </ul> </li> <li>- <b>Chức năng an toàn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Có tính năng phát hiện quạt bị hỏng hoặc cảnh báo cửa mở trong quá trình vận hành.</li> <li>+ Có chức năng cảnh báo bằng âm thanh và hiển thị cảnh báo.</li> </ul> </li> </ul>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Có chức năng phát hiện, bảo vệ và cảnh báo quá nhiệt độ.</li> <li>+ Có công tắc áp suất để phát hiện quạt gió bị lỗi hoặc cửa bị mở trong quá trình sấy.</li> <li>+ Có chức năng tự động làm mát để tránh bỏng.</li> <li>+ Có chế độ hẹn giờ bật và tắt, tự động tắt nguồn gia nhiệt sau thời gian chờ được cài đặt.</li> </ul>		

**Phụ lục 2****MẪU BẢNG CHÀO GIÁ***(Kem theo Yêu cầu báo giá ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)***Công Ty** .....**Địa chỉ:** .....**Điện thoại liên hệ:** .....**BÁO GIÁ****Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị**

Căn cứ Yêu cầu báo giá lần ngày....tháng....năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc mua sắm Tủ sấy dụng cụ y tế chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty .... báo giá các hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hoá	Ký, mã, model, nhãn hiệu, hãng sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thiết bị y tế A...</b>								
1	<b>Yêu cầu chung:</b> -								
2	<b>Cấu hình:</b> -								
3	<b>Thông số kỹ thuật</b> Các thông tin khác: ...								
4	<b>Dịch vụ kèm theo:</b> - Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng .... ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng. - Thời gian bảo hành: ..... tháng. - Bảo trì định kỳ: ..... tháng/lần trong thời gian bảo hành								
<b>TỔNG CỘNG KHOẢN: .....</b>									.....

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2026.

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng, thuế VAT và các chi phí liên quan....
- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Nam Đông Hà – Quảng Trị.
- Chúng tôi cam kết:
  - + Hàng hóa hợp lệ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023.
  - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
  - + Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
  - + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng tháng 2026

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY .....**

*(Ký, đóng dấu)*